9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Postai cím: Haller út 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Egyszer használatos injekciós tűk, fecskendők beszerzése

Rész száma	Megnevezés	Méret	Igény db
I. Steril, egyszerhasználatos, Luer végződésű fecskendők			
1.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, kétrészes fecskendő 0,1 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, centrális kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.	**2 ml**	212 000
	Steril egyszerhasználatos fecskendő Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, kétrészes fecskendő 0,2 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.	**5 ml**	140 880
	Steril egyszerhasználatos fecskendő Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, kétrészes fecskendő 0,5 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.	**10 ml**	121 150
2.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő**	**20 ml**	90 000

	Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, kétrészes fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.		
3.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 2,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, nem centrális kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.	**50 ml**	200
4.rész	**Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, tű nélkül** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, kétrészes, vagy tömítőgyűrűvel ellátott háromrészes fecskendő 0,02 ml-es beosztással (megegyezik az NE-s beosztással). A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, holttér nélküli,centrális kónusszal rendelkezik. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.	**1 ml**	1300
5.rész	**Steril egyszerhasználatos inzulinos fecskendő, 27G vagy 29G vagy 30 G 1/2 tűvel** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, dugattyúból és hengerből álló, kétrészes, vagy tömítőgyűrűvel ellátott háromrészes fecskendő 0,02 ml-es beosztással (megegyezik az NE-s beosztással). A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, holttér nélküli,centrális kónusszal rendelkezik. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes.	**1 ml**	1100
II. Steril, egyszerhasználatos, Luer - Lock végződésű fecskendők			
6.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő fecskendő pumpához (Terumo, Fresenius készülékcsalád)**	**10 ml**	2300

	Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 0,2 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, centrális elhelyezkedésű, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes. **Terumo-, Fresenius készülék-családok típusaiban (20 altípus**) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a névleges űrtartalom kb 96%-a(±2%) biztonságosan a páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető jelzést ad.		
7.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő fecskendő pumpához (Terumo, Fresenius készülékcsalád)** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes. **Terumo-, Fresenius készülék-családok típusaiban (20 altípus**) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a névleges űrtartalom kb 96%-a(±2%) biztonságosan a páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető jelzést ad.	**20 ml**	6800
8.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő pumpához (Asena/Alaris/IVAC készülék család)** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes. **Asena/Alaris/IVAC készülék-család típusaiban (3 altípus**) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a névleges űrtartalom kb 96%-a(±2%) biztonságosan a páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető jelzést ad.	**50 ml**	22 000
9.rész	**Steril egyszerhasználatos fecskendő pumpához (Terumo, Fresenius készülékcsalád)** Jellemzők: Steril, egyszerhasználatos, tömítőgyűrűvel rendelkező dugattyúból és hengerből álló, háromrészes	**50 ml**	63 000

	fecskendő 1,0 ml-es beosztással. A beosztás könnyen leolvasható, fekete vagy kék színű, kopásmentes. A henger átlátszó. A fecskendő Luer csatlakozású, centrális, csavarmenetes kónusszal. A termék nem toxikus, nem pirogén, egyesével csomagolt, anyaga polipropilén vagy polietilén, latexmentes. **Terumo-, Fresenius készülék-családok típusaiban (20 altípus**) a fecskendő stabilan rögzíthető, valamint a névleges űrtartalom kb 96%-a(±2%) biztonságosan a páciensbe juttatható, az adott volumen teljesülése esetén a betegbiztonság érdekében a készülék figyelmeztető jelzést ad.		
III. Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk			
10.rész	**Steril, egyszerhasználatos injekciós tűk** Jellemzők: Rozsdamentes acélból készült vékonyfalú, sima felszínű, egyszer használatos, egyesével csomagolt,steril, nem toxikus, pirogén mentes tű. A tű egyik vége szúrásra alkalmas, precíziós lándzsahegy, ISO 9626 direktívának megfelelő, a másik oldalon polipropilén összetételű, kúpos csatlakozóval, kónusszal ellátott, melynek színe nemzetközileg elfogadott színkód a tű méretének, ill. az ISO 6009-nek megfelelően. A tűk egyesével tűtokban van elhelyezve, mely a MSZ EN 20594-1 szabványnak megfelel. A tűk hossza a MSZ EN ISO 7864 szabvány 1 táblázatában megadott tűréshatárokon belül van. A tűk külső átmérője a MSZ EN ISO 9626 szabvány 8. pontjának 1. táblázatban megadott tűréshatáron belül van. A tűcső falvastagsága a MSZ EN ISO 9626 szabvány 1. táblázata szerint adott. Könnyen de biztonságosan nyitható a csomagolás, lehetővé téve a tű sterilitásának a megtartását.	**18G** rózsaszín színű kónusszal, méret: 1,2 mm átmérőjű, 40 mm hosszú	204 000
		20G sárga színű kónusszal, méret: 0,90 mm átmérőjű, 40 mm hosszú	42 000
		21G zöld színű kónusszal, méret: 0,80 mm átmérőjű, 40 mm hosszú	20 300
		22G fekete színű kónusszal, méret: 0,70 mm átmérőjű, 30 mm hosszú	1 700
		23G kék színű kónusszal, méret: 0,6 mm átmérőjű, 30 mm hosszú	5 000
		25G narancssárga színű kónusszal, méret: 0,5 mm átmérőjű, 16 mm hosszú	33 000

Az Intézetbe történő beszállítástól a termék min. 1 év sterilitási idővel rendelkezzen!

A teljes beszerzés becsült értéke: nettó 12.657.914 HUF.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok függvényében fedezetet csoportosítson át az egyes részek között. (Ajánlatkérő a teljes, azaz 100 %-os mennyiségre kér árajánlatot, és a fedezet szempontjából is a 100 %-os mennyiséget tekinti irányadónak, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés során a szerződés időtartama alatt a felhívás 5. pontjában foglaltak szerint ténylegesen milyen mennyiség kerül lehívásra.)

Ajánlatkérő jogosult a megjelölt mennyiségekhez képest -30 % lehívására, (azaz legalább 70 % lehívásra kell kerüljön) az egységár vagy egyéb szerződéses feltétel változtatása nélkül.

3. A választott eljárás fajtája:
hirdetmény közzététele nélküli a Kbt.122/A. § szerint

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:
GAZD E3-5/2015 számon
Megküldés dátuma: 2015.08.05

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

1. rész: igen	4. rész: igen	7. rész: igen	10. rész:igen
2. rész: igen	5. rész: igen	8. rész: nem	
3. rész: igen	6. rész: igen	9. rész: nem	

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
A 8. rész tekintetében csak olyan érvényes ajánlat érkezett, mely ajánlat esetében az ajánlat nettó összára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetet, és ajánlatkérő nem kíván a fedezet összegén módosítani, így ezen részre az eljárás eredménytelen a Kbt. 76.§ (1) c) pontja alapján.

A 9. részre kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; így ezen részre az eljárás eredménytelen a Kbt. 76.§ (1) b) pontja alapján.

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: Nem

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 3 db	4. rész: 3 db	7. rész: 3 db	10. rész: 3 db
2. rész: 3 db	5. rész: 3 db	8. rész: 3 db	
3. rész: 3 db	6. rész: 2 db	9. rész: 3 db	

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1, Ajánlattevő megnevezése: B. Braun Trading Kft.
Címe: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5

1. sz. rész Nettó ajánlati összár: **3.633.859 Ft**

2. sz. rész Nettó ajánlati összár: **1.521.000 Ft**

3. sz. rész Nettó ajánlati összár: **17.600 Ft**

8. sz. rész Nettó ajánlati összár: **2.618.000 Ft**

10. sz. rész Nettó ajánlati összár: **1.428.000 Ft**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2, Ajánlattevő megnevezése: Fischer Medimarker Kft.
Címe: 1124 Budapest, Meredek u. 13

4. sz. rész Nettó ajánlati összár: **16.770 Ft**

6. sz. rész Nettó ajánlati összár: **53.590 Ft**

7. sz. rész Nettó ajánlati összár: **231.880 Ft**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

3, Ajánlattevő megnevezése: Dispomedicor Zrt.
Címe: 4032 Debrecen, Füredi út 98.

7. sz. rész Nettó ajánlati összár: **175.440 Ft**

10. sz. rész Nettó ajánlati összár: **1.439.490 Ft**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

4, Ajánlattevő megnevezése: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.
Címe: 9027 Győr, Csörgőfa sor 4.

4. sz. rész Nettó ajánlati összár: **7.150 Ft**

5. sz. rész Nettó ajánlati összár: **15.290 Ft**

10. sz. rész Nettó ajánlati összár: **864.060 Ft**

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a fenti részek tekintetében megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): --

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: ---

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ---

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő megnevezése: **Dispomedicor Zrt.**
Címe: **4032 Debrecen, Füredi út 98.**

Az 1. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak,

1.1: mert a kiírásban foglaltakkal ellentétben látható szennyeződés volt a fecskendőben használat közben, nehezen húzható ki a dugattyú, levegőt szív a folyadék mellé. A világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, lámpafényben.

1.2: mert a kiírásban foglaltakkal ellentétben látható szennyeződés volt a fecskendőben használat közben, nehezen húzható ki a dugattyú, levegőt szív a folyadék mellé. A világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, lámpafényben.

1.3: mert a kiírásban foglaltakkal ellentétben a világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, lámpafényben.

A 2. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert látható szennyeződés volt a fecskendőben használat közben.

A 6. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a világoskék beosztás nehezen látható, főleg este, lámpafényben és nem rögzíthető stabilan egyes pumpákban.

A 8. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert kipróbálás alatt kijött a dugattyú a hengerből, több olyan pumpa van Intézetünkben, amelyek nem ismerték fel a fecskendőt.

A 9. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert nem lehet beleilleszteni némelyik pumpába, kéri a kódot beillesztés után.

Ajánlattevő megnevezése: **Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.**
Címe: **9027 Győr, Csörgőfa sor 4.**

Az 1. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert

1.1: az általános követelményektől eltérően van vékonyítás a száron, a dugattyú hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak.

1.2: az általános követelményektől eltérően van vékonyítás a száron, a dugattyú hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak.

1.3: az általános követelményektől eltérően, van vékonyítás a száron, a dugattyú hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak.

A 2. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert az általános követelményektől eltérően, van vékonyítás a száron, és a dugattyú hengeren belül látható apró szilikon szálak találhatóak.

A 3. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert az általános követelményektől eltérően, van vékonyítás a száron.

Ajánlattevő megnevezése: **Fischer Medimarker Kft.**
Címe: **1124 Budapest, Meredek u. 13**

A 3. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert nehezen kihúzható és visszafolyik a folyadék a dugattyú mellett a hengerbe.

Az 5. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert kipróbálás során elhajlott a tű.

A 8. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert az általános követelményekkel szemben, nehezen húzható a dugattyú és nem lehet stabilan rögzíteni egyes pumpákba.

A 9. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírástól eltérően nem rögzíthető stabilan egyes pumpákban és nem riasztott a névleges űrtartalom kb. 96 %-a után.

Ajánlattevő megnevezése: **B. Braun Trading Kft.**
Címe: **1023 Budapest, Felhévízi u. 5**

A 4. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert egy zacskóban 5 db található, a kiírás szerint egyesével csomagoltat kértünk megajánlani.

Az 5. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert egy zacskóban 5 db található, a kiírás szerint egyesével csomagoltat kértünk megajánlani.

A 7. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírással ellentétben egyes pumpák nem ismerték fel, és nem riasztott a névleges űrtartalom kb. 96 %-a után.

A 9. rész tekintetében a Kbt. 74.§ (1) d) pontja alapján érvénytelen, mert a megajánlott termék nem felel meg a kiírásnak, mert a kiírással ellentétben, nem lehet stabilan rögzíteni a pumpákban.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. rész:
B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5

Nettó ajánlati összár: 3.633.859 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

2. rész:
B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5

Nettó ajánlati összár: 1.521.000 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

3. rész:
B. Braun Trading Kft.
1023 Budapest, Felhévízi u. 5

Nettó ajánlati összár: 17.600 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

4. rész:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.
9027 Győr, Csörgőfa sor 4
Nettó ajánlati összár: 7.150 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

5. rész:
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.
9027 Győr, Csörgőfa sor 4
Nettó ajánlati összár: 15.290 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

6. rész:
Fischer Medimarker Kft.
1124 Budapest, Meredek u. 13

Nettó ajánlati összár: 53.590 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

7. rész:
Dispomedicor Zrt.
4032 Debrecen, Füredi út 98.

Nettó ajánlati összár: 175.440 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

10. rész
Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft.
9027 Győr, Csörgőfa sor 4
Nettó ajánlati összár: 864.060 Ft+Áfa

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
B. Braun Trading Kft 1., 2., és a 3. rész vonatkozásában:
B. Braun Medical Kft (1023 Budapest, Felhévizi út 5)
12.1. Pénzügyi –gazdasági alkalmasság igazolása P1 pont (beszámoló: mérleg szerinti eredmény)
12. 2 Műszaki szakmai alkalmasság igazolása M1 pont (referencia)

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016.01.06
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2016.01.15

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:. 2016.01.04
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.01.05
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.